

**TERMO ADITIVO Nº 92/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de R\$ 99.700,00 (Noventa e nove mil e setecentos reais) a título de investimento, para Aquisição de Equipamentos e Mobiliários na AMA/UBS Integrada Geraldo da Silva Ferreira, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de Emenda Parlamentar.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado por excepcionalidade, conforme portarias SMS.G 702/2018, 819/2018, 877/2018, 962/2018, 128/2019, 164/2019, 198/2019, 683/2019, 1046/2019 e 1377/2019, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 30.929.432-0, inscrito no CPF/MF sob nº 314.160.138-06, Coordenadora Regional de Saúde, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 7791138 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 042.038.438-39, residente e domiciliado, nesta Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos de investimentos no valor de R\$ 99.700,00 (Noventa e nove mil e setecentos reais) a título de investimento, para Aquisição de Equipamentos e Mobiliários na AMA/UBS Integrada Geraldo da Silva Ferreira, conforme Despacho publicado no DOC de 03 de dezembro de 2021, página 104. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/21
R\$ 99.700,00


As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 03 de dezembro de 2021.

 _____ ANDREZA APARECIDA YABIKU COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE	 _____ RONALDO RAMOS LARANJEIRA ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
--	---

TESTEMUNHAS:



Nome: **JAQUELINE ROSA E SILVA**
RG: **42.265.438-3**



Nome: **RACHELE O. A. LOURENÇO**
RG: **35.888.888-8**



CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA					UNIDADE: UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE					
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	Balança infantil (digital) com colchão de espuma e napa - cor preta - bivolt Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	3	R\$ 1.000,00	R\$	3.000,00
2	Cadeira de rodas standard Alumínio com pintura epoxy Dobrável em duplo X Totalmente desmontável Eixo de desmontagem rápida nas 4 rodas (quick release) Apoio para braços escamoteável Apoio para pés removível Almofada em espuma injetada Indicada para usuários até 100 Kg Registro vigente na ANVISA.	2	R\$ 750,00	R\$	1.500,00
3	Cadeira de rodas standard para obeso Largura do assento e encosto: 66 cm Profundidade do assento: 47 cm Altura do encosto: 45 cm Altura do assento ao chão: 50 cm Comprimento: 100 cm Largura total aberta: 84 cm Largura total fechada: 32 cm Altura total aberta: 95 cm Capacidade Máxima: 150 Kg Altura do chão ao braço: 70 cm Altura do assento ao braço: 20 cm Registro na vigente na ANVISA.	1	R\$ 2.800,00	R\$	2.800,00
4	Colposcópio Colposcópio: Micro regulagem de distância. Distância focal de 300mm. Aumento fixo de 16 vezes. Oculares, um fixa e outra ajustável. Controle da intensidade de luz. Prático sistema para trocar de lâmpada. Pés com 3 rodízios. Diâmetro do campo. de visão: filtro móvel, luz verde. Distância interpupilar regulável, prisma e lentes. Alimentação 110/220V. Altura mínima 85 cm. Altura máxima 140 cm. Regulagem de altura. Led 3V x 3W branco quente.Registro vigente na ANVISA.	1	R\$ 25.000,00	R\$	25.000,00
5	Detector fetal portátil Possuir indicador do nível de bateria no display e carregador inteligente integrado. Possuir a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Possuir a detecção por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta para ajuda da localização para facilitar o diagnóstico da placenta prévia, além da detecção do fluxo do cordão umbilical, que também pode ser ouvido nesse estágio. Possuir gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo	3	R\$ 1.300,00	R\$	3.900,00



		do tempo. Possuir controle de volume e tonalidade. Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Controle de volume digital: 9 níveis (1 – 9). Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 – 9). Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. ultrassônica: 5mh/cm ² . Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição. Transdutor de alta sensibilidade; Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA. Registro vigente na Anvisa.			
6	Foco Parabólico	Foco Parabólico Refletor Parabólico com rodízios com lâmpada LED Haste cromada com extremidade flexível e com cúpula em pintura epóxi Lâmpada de LED, Interruptor e 2m de cabo de alimentação. Altura regulável por meio de mandril. Base tipo tripé de ferro chato em pintura epóxi. Altura máxima aproximada: 1,61cm Altura mínima aproximada: 1,10cm. Peso: 4 kg.	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7	Monitor multiparamétrico básico sem tela touch Screen	Monitor multiparamétrico básico sem tela touch Screen: Equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2 , PNI, TEMP 1 e 2 . - Monitoração simultânea de pelo menos 6 curvas e 9 campos digitais na tela;- Constituído por display, processador em um bloco único ou unidades separadas, sendo os parâmetros básicos pré-configurados ou em um único módulo (ECG, Respiração, PNI, SPO2, T1 e T2), podendo os demais parâmetros ser oferecidos em módulos individuais ou compartilhados, intercambiáveis pelo usuário;- Monitor com tecnologia(Hardware) que possibilite "implementação" futura de protocolos de comunicação, dentre eles o HL7, sem necessidade de modificações profundas nos componentes.- Possibilidade de integração com central de monitoração;- Cabo Paciente protegido contra interferências;- Pulso de sincronismo para cardioversão;- Indicador áudio visual de QRS;- Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;- Indicação para bateria de emergência com baixa carga;- Detecção/Rejeição do pulso de marca passo;- Tecla liga/desliga para acionamento;- Tecla para configurações de alarmes;- Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros de acordo com as normas;- Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display, se necessário;- Sistema de auto-diagnóstico funcional após equipamento ligado;- Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display;- Sistema de memória constante para parâmetros pré-configurados. O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser ligado;- Sistema ininterrupto para alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-2-49. O alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema manual para inibição. Monitor: Display digital em cristal líquido colorido de alta definição; Dimensão mínima: 10" (polegadas); Controle de velocidade para	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00



		o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e 50 mm/s; Traçado tipo "non-fade"; Tecla ou menu de congelamento de imagem; Tendências de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, apresentada no monitor; registro vigente na ANVISA.			
8	Ventilador Pulmonar	Ventilador Pulmonar: Eletrônico, microprocessado para paciente neonatal, pediátrico, adulto e obesidade mórbida; • Finalidade para UTI, alta complexidade; • Ciclado a tempo, fluxo, volume e pressão; Modos de Ventilação • Invasivos: Controlada a volume (VC); Controlada a pressão (PC); Espontânea a pressão (PS); Pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP); SIMV (VC) com pressão suporte (PS); SIMV (PC) com pressão suporte (PS); Backup; • Pressão regulada com volume controlado (PRVC); • Controlada a pressão que permite ventilação espontânea em 2 níveis de pressão; • Modo ventilatório para desmame; • Não Invasivos: Pressão controlada (PC); • Pressão assistida (PC)/Ventilação de backup; • CPAP nasal; • Parâmetros • Frequência respiratória 2 a 150 rpm; • Volume corrente 2 a 2000 ml; • Pressão máxima das vias aéreas até 95 cmH2O; • Pressão suporte até 95 cmH2O; • Pressão de PEEP/CPAP 0 a 50 cmH2O; • Relação I:E de 1:9 - 4:1 • Fluxo inspiratório 1 a 120 l/min e 180 l/min espontânea; • FiO2 21 a 100%; • Tempo inspiratório 0,10 a 5s; • Trigger de fluxo ou pressão; • Disparo expiratório para pressão de suporte 10 a 70% do fluxo inspiratório de pico; • Monitoração Digital; • Pressão: Pico, Média, Platô, PEEP/CPAP, PEEP total; • Volume corrente inspirado e expirado, Volume minuto inspirado e expirado; • Tempo: Relação I:E ou Tinsp/T Total, Tempo inspiratório, Frequência Total; • Oxigênio: Concentração da FiO2 entregue ao paciente; • Parâmetros: Resistência, Complacência, Elastância, Trabalho Respiratório ou similar, Constante de tempo, P0.1, Fluxo expiratório final, Índice de respiração rápida e superficial (SBI); • Monitor gráfico Tela 12", c/monitoração de até 3 curvas simultâneas, ajuste ângulo (90°) e rotação (360°) • Curvas simultâneas e em tempo real de volume, fluxo e pressão • Loops fluxo x volume e pressão x volume • Tendências dos parâmetros monitorados (24 h) • Tempo de apneia; • Bateria interna com autonomia de 2 hora recarregável automaticamente; • Registro vigente na Anvisa; • Seleção automática entre 120 e 230 V - 60 Hz; • suporte para transporte.	1	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
TOTAL			13	-	R\$ 99.700,00

