

PLANO DE TRABALHO	EXERCÍCIO 2021
--------------------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE			
01 - NOME SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA			02- CNPJ 61.699.567/0058-28
03- ENDEREÇO COMPLETO: RUA BORGES LAGOA, 219			
04 - MUNICÍPIO SÃO PAULO		05- CEP 04038-000	06- UF SP
07- DDD 11	08- FONE 5904-6300	09- FAX 5904-6300	10- E-MAIL alessandra.pompeo@spdm-pais.org.br


IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE		
11- NOME MÁRIO SILVA MONTEIRO		
12- CARGO OU FUNÇÃO SUPERINTENDENTE	13- N.º DOC. DE IDENTIDADE 5.496.095	14- N.º C.P.F. 012.200.178-84

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO
15-DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO PLANO ORÇAMENTÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR UBS PROF. MILTON SANTOS. Vereador: Aurélio Nomura no valor de R\$ 57.970,00. 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00 – Aquisição de equipamentos e mobiliários para a UBS Prof. Milton Santos localizada na Avenida Ceci, 2.249 – Planalto Paulista.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
16- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Plano Orçamentário de Investimento

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
17- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO UNIDADES Plano Orçamentário de Investimento

PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO
18- PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO Plano de Trabalho exercício 2021

AUTENTICAÇÃO	APROVAÇÃO	
São Paulo, 18 de Novembro de 2021.  Mário Silva Monteiro Superintendente – OSS SPDM	São Paulo, 18 de Novembro de 2021.  Andreza Aparecida Yabiku Coordenadora CPS Sudeste SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	OBSERVAÇÕES:



**SPDM
PAIS**

ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963
Programa de Atenção Integral à Saúde

São Paulo, 18 de Novembro de 2021.

Carta de Solicitação de Recursos de Investimento

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - PAIS, situada na Rua Júlio Felipe Guedes, 200 – Jardim Botucatu, neste ato representada pelo Superintendente Mário Silva Monteiro, por força do Contrato de Gestão nº 005/2015 – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana/Jabaquara/ e STS Ipiranga, vem respeitosamente requerer a esta Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste – SMS/SP, o que segue:

Solicitação de Recurso de Investimento:

Unidade: UBS Milton Santos

Tipo de Investimento: Equipamentos (detalhamento anexo)

Competência: Novembro/2021

Valor: R\$ 56.520,00

Nestes Termos
P. Deferimento.


Mário Silva Monteiro
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - PERÍODO: NOVEMBRO/2021

Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /PTCS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA /
UNIDADE:	LABAQUARA / E STS IPIRANGA.
SERVIÇO:	UBS MILTON SANTOS
	UBS MISTA

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.520,00	-	56.520,00
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.520,00	-	56.520,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Unidade Pública \ Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CUSTO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	1.450,00
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.520,00	-	56.520,00
TOTAL GERA =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.970,00	-	57.970,00

SÃO PAULO, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Daniel Alves Freire
Gerente de Controladoria
CRC 1 SP/2.9650/0-9

Andreza Aparecida Yabiku
Coordenadora
CRS Sudeste
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE - SMS

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA ESTS IPIRANGA					UNIDADE:
					UBS MILTON SANTOS
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE POR UNIDADE					
RELAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES					
DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1 Diapasão 128 Hz em alumínio	Alumínio não-magnético e resistente à corrosão Pesa 1/3 comparável aos fabricados em aço Consistente precisão da frequência Cabo longo para condução dos testes Com fixador	1	R\$ 200,00	R\$	200,00
2 Kit Estesiômetro Monofilamentos	Conjunto de monofilamentos de nylon, em seis diâmetros calibrados para exercer forças específicas, entre 0,05g e 300g; Filamento da cor: Verde: nominal 0,05g; Azul: nominal 0,2g; Violeta: nominal 2,0g; Vermelho escuro: nominal 4,0g; Laranja: nominal 10,0g; Vermelho magenta: nominal 300g;	1	R\$ 250,00	R\$	250,00
3 Oxímetro de dedo portátil adulto	Tela LED, visualização em vários ângulos; Sensor óptico luz vermelha e infravermelha; SpO2 variação de tela: 0-99%; SPO2 Precisão: 70-99% - ± 2%; FC variação de tela: 0-254 bpm; FC Faixa Medição: 30-235 bpm; FC Ocorrência 30-99bpm: ± 2bpm/100-235bpm: ± 2%; Alarmes reguláveis de baixa e alta/ oxigenação e batimento; Energia necessária: 2 Baterias Alcalinas AAA 1.5V; Consumo de energia: menos que 30Ma; Vida útil da Bateria 30hrs; Garantia do Fornecedor: 01 Ano; Com todos os acessórios para pleno funcionamento Registro ANVISA; Manual técnico em português; Aparelho com fabricação de no máximo 4 anos.	3	R\$ 150,00	R\$	450,00
4 Oxímetro de dedo portátil infantil	Faixa de medição da saturação: 0% a 100%. Precisão da medição da saturação: 70% a 100%, mais ou menos 2%. Faixa de medição da pulsação: 30 a 250 bpm. Resolução da pulsação: 1 bpm. Precisão da medição de pulsação: mais ou menos 1 BPM ou 1%, o que for maior. Display: 0,95" colorido OLED. Área de visualização 20.1 mm x 13.4. Idade mínima para uso: Acima de 6 meses em média. Possui certificação do INMETRO e registro na ANVISA Diâmetro do dedo: entre 0,7cm a 2,3cm. Peso sem bateria: 26g. Dimensões: 67,5mm x 38mm x 25mm	1	R\$ 250,00	R\$	250,00
5 Termômetro digital portátil	Aparelho com infravermelho, para medição de temperaturas via testa Memória para armazenamento no mínimo 32 temperaturas compacto e portátil Medição para temperatura humanas Acionamento via gatilho Medição rápida 1 segundo Display LCD com luz de fundo de 3 cores, a cor da luz de fundo varia de acordo com a temperatura medida Aplicável para diferentes grupos de pessoas: infantil e adulto. Faixa de medição 32 a 42,5°C, com precisão +/- 1°C Distância de medição 3 a 5 cm Desligamento automático após 15 segundos Fonte de alimentação por pilhas Registro ANVISA;	3	R\$ 100,00	R\$	300,00
TOTAL		9	-	R\$	1.450,00

São Paulo, 18 de Novembro de 2021.

Darlei Alves Freire
Gerente de Controladoria
CRC 1 SP 219650/0-9

Andreza Aparecida Yabiku
Coordenadora
CRS Sudeste
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE - SMS

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VLA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA					UNIDADE:
					UBS MLTON SANTOS
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE					
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1 Balança infantil (digital) com colchão de espuma napa - cor preta - bivolt	Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	2	R\$ 1.100,00	R\$	2.200,00
2 Eletrocardiógrafo Portátil Digital (Edan Electrocardiograph) 12 canais (com carro para transporte	Apresentação de ECG em papel milímetro comum ou termossensível 3 ou 12 canais das 12 derivações; Derivações: DI a V6; Identificação automática de todas as derivações; Identificação de sinal de marca-passo; Identificação de data e hora do exame; Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 10 e 50 mm/s; Ganho ajustável minimamente entre: 2,5, 5, 10 e 20 mm/mV; Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; Display LCD que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos; Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, isolado; Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Alimentação elétrica de 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240 v ou através de fonte de alimentação) com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 60 minutos em operação. Refletor Parabólico com rodízios com lâmpada LED Haste cromada com extremidade flexível e com cúpula em pintura epóxi Lâmpada de LED, Interruptor e 2m de cabo de alimentação. Altura regulável por meio de mandril. Base tipo tripé de ferro chato em pintura epóxi. Altura máxima aproximada: 1,61cm Altura mínima aproximada: 1,10cm. Peso: 4 kg.	1	R\$ 7.200,00	R\$	7.200,00
3 Foco parabólico	Refletor Parabólico com rodízios com lâmpada LED Haste cromada com extremidade flexível e com cúpula em pintura epóxi Lâmpada de LED, Interruptor e 2m de cabo de alimentação. Altura regulável por meio de mandril. Base tipo tripé de ferro chato em pintura epóxi. Altura máxima aproximada: 1,61cm Altura mínima aproximada: 1,10cm. Peso: 4 kg.	1	R\$ 500,00	R\$	500,00
4 Fotopolimerizador wireless, bateria de Íon-Lítio e capacidade de 2200mAh com protetor ocular	Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Protetor ocular Fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio Bivolt automático 100V - 240V. Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS. Tempo de uso com carga total - 120 minutos. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	1	R\$ 800,00	R\$	800,00
5 Mesa auxiliar com rodas - em aço inox - medida 0,40x0,40x0,80	Pés em tubo de aço carbono redondo com tampo e prateleira em chapa de aço carbono; Acabamento sem arestas cortantes, pintura epóxi branca, com tratamento anti-ferrugem. Pés com rodízios de 2" Medidas: 40x40x80cm Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.	1	R\$ 520,00	R\$	520,00
6 Mesa ginecológica para portadoras de deficiência	Altura mínima 590mm - Altura máxima 950mm Comprimento total: 1700mm Capacidade de elevação total: 200 kg; Com movimentos automatizados e individualizados como: elevação/abaixamento total, elevação/rebaixamento perneira, elevação/abaixamento do encosto, posição cadeira e posição maca. Base com 4 rodízios com freio Pedal de comando Bivolt automático 100V - 240V Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	1	R\$ 20.000,00	R\$	20.000,00
7 Monitor Fetal Cardiotocógrafo	Carotocardiograma portátil, original com microprocessador, para detecção e monitorização das condições fetais por medidas e registros contínuos dos Batimentos Cardíacos Fetais gemelar (BCF), dos Movimentos Fetais (FM) e da Contratilidade Uterina Materna (CUM), com indicações dos parâmetros simultaneamente de BCF1, BCF para monitorização das condições fetais por medidas e registros contínuos das frequências, CUM (na faixa 30-240 BPM/BCF e 0-99mmHg/CUM) em displays numéricos independentes. Possuir técnica de autocorreção ou correção cruzada. Possuir frequências dos batimentos cardíacos fetais selecionáveis em limites inferior e superior. Imprimir os registros gráficos dos parâmetros BCF1, BCF Frequência Cardíaca Fetal (FCF), dos Movimentos Corpóreos Fetais (MCF) e da Contratilidade uterina materna, CUM e FM, através de impressora térmica acoplada ao equipamento, além da função de alimentação de papel.	1	R\$ 18.000,00	R\$	18.000,00
8 Seladora de pedal 40cm	Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	1	R\$ 2.000,00	R\$	2.000,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA					UNIDADE:
					UBS MLTON SANTOS
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE					
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
9 Sonnar dopler fetal	Deve possuir bateria de Níquel metal hidreto (NI-MH) com longa durabilidade e livre de chumbo e cádmio, com autonomia de uso contínuo de até 5 horas. Possuir indicador do nível de bateria no display e carregador inteligente integrado. Possuir a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Possuir a detecção por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta para ajuda da localização para facilitar o diagnóstico da placenta prévia, além da detecção do fluxo do cordão umbilical, que também pode ser ouvido nesse estágio. Possuir desligamento automático após 1 minuto sem uso, evitando o consumo excessivo de bateria. Possuir controle de volume e tonalidade. Faixa de medição de FCF: 30 a 240 bpm. Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%. Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz. Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Potência ultrassônica: 5mh/cm². Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	1	R\$ 1.300,00	R\$	1.300,00
10 Ultrassom e jato de bicarbonato com bomba peristáltica e frequência de 24 a 33 KHz, capa das canetas removível e autoclavável.	Caneta de ultrassom com LED. Controle independente de fluxos de água e pó. Sistema de limpeza dos condutores de pó. Ultrassom com sistema piezoelétrico. Peça de mão removível e autoclavável. Alimentado externamente por uma rede de água e uma rede de ar comprimido. Reservatório interno para armazenamento de pó de bicarbonato de sódio. Frequência: 29 KHz. Potência: 35w. Bivolt. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	1	R\$ 4.000,00	R\$	4.000,00
TOTAL		11	-	R\$	56.520,00

São Paulo, 18 de Novembro de 2021.

Darlei Alves Freire
Gerente de Controladoria
CRC 1 SP 219650/0-9

Andreza Aparecida Yabiku
Coordenadora
CRS Sudeste
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE - SMS